

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA

Comuna Cernica- Balaceanca, Sos. Garii nr. 56, Judetul Ilfov, Telefon : 021/3807417;Fax :021/3693817
spitalbalaceanca@gmail.com

SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU BĂLĂCEANCA	
INTRARE	Nr. 7942
IEȘIRE	
Ziua. 07	Luna. 12. Anul. 2015

ANUNT DE PARTICIPARE

SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" – BALACEANCA, cu sediul in Com. Cernica –sat Balaceanca, Sos. Garii, nr. 56, Jud. Ilfov, telefon: 021/3693891; fax: 021/3693817, invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia prin Cumparare Directa de **APARATURA MEDICALA**.

Obiectul achizitiei: Analizor automat biochimie; Incubator probe laborator; Centrifuga laborator.

Achizitia directa se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana de contact la sediul Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" – Balaceanca – telefon: 021/3693891; fax: 0213693817.

Sursa de finantare: Bugetul Consiliului Local

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut (pretul este exprimat in LEI fara TVA)

Oferta va fi transmisa pana la data de **14.12.2015**, autoritatii contractante, prin fax: 021/3693817 sau e-mail: spitalbalaceanca@gmail.com

Prezentarea ofertei: Nu se admit oferte alternative.

Modul de prezentare a propunerii financiare: oferta va cuprinde pretul cel mai scazut fara TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile.

Conditii de plata: cu OP (cont trezorerie) in termen de 60 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

Forma angajamentului legal: Contract de achizitie.

MANAGER
Dr. Iolanda Maria Dumitrescu



Intocmit,
Enache Ioana Florina

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.F.' or similar initials.

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
SPITALUL DE PSIHIATRIE " EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA

Comuna Cernica- Balaceanca, Sos. Garii nr. 56, Judetul Ilfov, Telefon : 021/3807417; Fax : 021/3693817
spitalbalaceanca@gmail.com

SPITALUL DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU BALĂCEANCA	
INTRARE	Nr. 7941
IEȘIRE	
Ziua 07	Luna 12 Anul 2015

**APROBAT
MANAGER**
IOLANDA MARIA DUMITRESCU



CAIET DE SARCINI

OBIECTIV : ACHIZITIA DE APARATURA MEDICALA
COD CPV – 42931100-2 Centrifuge de laborator si accesorii

33152000-0 Incubatoare

38432000-2 Aparate de analiza

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Reguli de publicitate: publicarea pe site-ul oficial al spitalului

Descrierea produsului. Valoarea estimata a achizitiei.

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice minime	U/M	Cantitate	Pret MAXIM fara TVA -LEI-
1	Incubator probe laborator	Volum: 20 litri Domeniu temperatura +5-60°C Interior inox 2 rafturi ajustabile Protectie la supraincalzire Display digital temperatura Alimentare 220/240 V	Buc	1	4.838,71
VALOAREA TOTALA :					4.838,71
VALOARE TOTALA CU TVA:					6.000

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice minime	U/M	Cantitate	Pret MAXIM fara TVA -LEI-
1	Centrifuga unghiulara laborator	Capacitate: 8 locuri pentru eprubete de 15 ml/20 ml; Viteza ajustabila in domeniul 1000-3000 rot./minut; Viteza liniara si stabila; Sistem autoechilibrare; Gama timp – 0-30 min.	Buc	1	4.032,26
VALOAREA TOTALA :					4.032,26
VALOARE TOTALA CU TVA:					5.000

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice minime	U/M	Cantitate	Pret MAXIM fara TVA -LEI-
1	Analizor automat biochimie	- aparat nou - operare automata - nr teste/ora – minim 100 - volum proba – minim 3-45 microlitri - volum reactiv - minim 30-450 microlitri - rotor reactie - minim 40 - compartiment refrigerare reactivi – inclus - numar minim reactivi - 50 - flacoane reactivi – minim 50 flacoane incluse - tipuri de tuburi - să nu fie condiționata operarea de tipul de tub de recoltă (se poate lucra direct din tub dar și din cupă).	Buc	1	64.516,13

	<ul style="list-style-type: none"> - senzor nivel ser - calibrare – minim liniar 1 sau 2 puncte, ser multicalibrator sau calibrator specific inclus - memorie interna minim 500 teste - posibilitate legare retea copmuterizata laborator si export date PC (Port serial, preferabil USB, cablu inclus) - soft transfer date in baza date medicale electronica a laboratorului - sursă de apă distilată - consumabile pentru instalare incluse (cuvete, lichid spalare, lampa etc.) - sursa alimentare: 220-240 V, 50 Hz - garantie – minim 12 luni de la data instalarii - instalare, instruire personal incluse - manual utilizare in limba romana - furnizorul poate asigura service cu piese noi in perioada de garantie (declaratie) - livrare – in maxim 2 saptamani de la atribuire <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibilitate adaugare probe in regim de urgenta pe parcursul functionarii - PC compatibil si imprimanta - modul ISE inclus - cititor laser pentru cod de bare.ă - imprimantă de cod de bare, etichete. 			
VALOAREA TOTALA :				64.516,13
VALOARE TOTALA CU TVA:				80.000

Documente care insotesc produsul:

- **Fisa de informații generale** - unde se regăesc datele de contact, cifra de afaceri a operatorului economic.
- **Certificat de garantie a produsului oferat.**
- **Cartea tehnica, in limba romana.**

DECLARATIE PRIN CARE FURNIZORUL SE OBLIGA SA ASIGURE SERVICE CU PIESE NOI PE PERIOADA GARANTIEI. INTERVENTIE IN 24 H, DE LA SOLICITARE.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate cu

scopul declarat de a fi suficient de precise si intangibile pentru toate partile interesate numai pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi interpretate de catre ofertant in sensul de „sau echivalent”, cnf. prevederilor O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF SERVICIU,
MARCEL GRIGORE



INTOCMIT,
IOANA FLORINA ENACHE

