

SPITALUL DE PSIHIATRIE	
EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA	
INTRARE	Nr. 5531
IESIRE	
Ziua... 04	Luna... 06
Anul... 2018	

### RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

In urma Anuntului de participare nr. ADV1014145/30.05.2018, privind achizitia de "Materiale sanitare", a fost primita o solicitare de clarificari de la unul din operatorii economici participanti ( solicitare inregistrata cu nr. 5179/31.05.2018), cu privire la urmatoarele:

1. "Mustiuc alcooltest compatibil cu paratul Alcovisor Mars – nu este cuprins in anexa cu cantitati"
2. "Teste glicemie + Ace compatibile cu aparatul Glucocard Sigma" – nu contine specificatii tehnice"

Fata de cele mentionate facem urmatoarele clarificari:

1. "Musticul pentru alcooltest" nu a fost cuprins in anexa, pentru ca nu a fost solicitat in referatul de necesitate, dar dintr-o eroare de redactare a fost mentionat in partea cu caracteristicile tehnice din Caietul de sarcini.
2. Specificatii tehnice "Teste glicemie + Ace compatibile cu aparatul Glucocard Sigma":
  - Ambalare 50 bucati Teste de glicemie + 50 ace glucometru/cutie compatibile cu Glucometru GLUCOCARD SIGMA GT-1070.
  - Interval de valori pentru Solutia de control MIC mg/dL – 34-43; Normal mg/dL – 86-108; Mare mg/dL – 222-277.
  - Valabilitate consumabile minim 12 luni, de la data livrarii.

**MANAGER,**

Dr. Iolanda Maria Dumitrescu



**Intocmit,**

Ioana-Florina Enache